

Протокол №11

итогов заседания комиссии КГП «Кушмурунская сельская больница» УЗАКО, состоявшегося 14 ноября 2023 года в 16 часов 15 минут,

по проведению закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий согласно объявления о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №9 от 07.11.2023 года в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2023 год в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»

п. Кушмурун

15 ноября 2023 года

По результатам рассмотрения и обсуждения ценовых предложений, предоставленных потенциальными поставщиками, а именно: ТОО «ОрдаМед Костанай» БИН 131140026382, ценовое предложение предоставлено 10.11.2023 г. в 11:30 ч.; ИП «GroMax» ИИН 680426450534, ценовое предложение предоставлено 14.11.2023 г. в 14:11 ч.; согласно объявления №9 от 07.11.2023 года о проведении закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий способом запроса ценовых предложений в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2023 год в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее - Правила) комиссия в составе: Председатель комиссии: исполняющая обязанности главного врача Буяльская Е.В., Члены комиссии: медсестра Сулейменова С.Ш., медсестра Шенец А.В.

РЕШИЛА:

1. На основании пункта 78 Главы 3 Правил признать победителем потенциального поставщика ИП «GroMax», юр.адрес 020004, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Красная, дом №158, 87, факт.адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Акана-Серы, дом 206, каб.10, по следующим лотам:

№ лота	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма	Место поставки	Срок поставки
1	Электрокардиограф 12-ти канальный	Отведения ЭКГ: не менее 12; Размеры: не более 296 x 305.5 x 92.5 мм; Фиксирующие каналы: не менее 3, 6, 12 каналов (60 секунд); Чувствительность, не менее: 5,10,20 мм/мВ и auto (1 ~ aVF: 10мм/мВ, V1~V6: 10мм/мВ); Выбор скорости печати, не менее: 12.5, 25, 50 мм/с; Частота амплитудно-импульсной модуляции: не менее 500 импульсов/сек; Фильтры: Сетевой (50/60 Гц, -20dB), Фильтр ЭМГ (25-35 Гц, -3dB), Базовая линия (0.1 Гц, -3dB), Фильтр нижних частот (выкл., 40 Гц, 100 Гц, 150 Гц); Дисплей: ЖК-дисплей, не менее 2x16 знаков; Индикатор LED, не менее следующего: Качество сигнала, источник	штука	2	697 000,00	1 394 000,00	РК, Костанайская область, Аулиекольский район, посёлок Кушмурун, ул. Калинина, 19	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора

		<p>питания, батарея; Данные пациента, не менее следующего: Индивидуальный номер, имя, возраст, пол, рост, вес; Основные параметры, не менее следующего: ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, оси P-R-T; Записывающее устройство: Термальная печатающая головка, тип бумаги - термобумага/в рулонах; Ширина бумаги, не менее: формат А4: 215 мм или 8.5 дюймов; Длина, не менее: формат А4: 300мм или 11 дюймов; Электропитание: Собственный шум, не более: 20 Д(р-р) макс.; Входной контур: незаземленный вход; Вход пациента полностью изолирован, защита от дефибриллятора; Входящий импеданс: не более 10 МП Диапазон входного сигнала: 5±mВ; Коэффициент ослабления симфазного сигнала: >100 дБ; Смещение постоянной составляющей: ±300 мВ; Время: 3,2 секунды/ток утечки <10 мкА; Частота цифровой записи, не менее: 0.005-150 Гц; Контроль качества сигнала: Определение изолированного отведения; Энергопотребление: АС или встроенный аккумулятор 100-240//АС 50/60Гц, 1,0-0,5А, 60В макс.; Емкость батареи, не менее: 1 час обычного режима пользования (не менее 100 автоматических распечаток ЭКГ); Связь: Соединение с ПК через интерфейс RS-232 и LAN; Безопасность, не ниже: Класс 1, Тип BF. Дополнительные комплектующие: Кабель для передачи электроэнергии аппарату- не менее 1 шт.; Кабель для передачи сигналов с электродов аппарату- не менее 1 шт.; Электроды конечностей (многоразовые) для регистрации показаний-не менее 4 шт.; Грудные электроды (многоразовые) для регистрации показаний-не менее 6 шт.; Тип батареи: Литий – ионная-не менее 1 шт.; Специализированная, высокочувствительная бумага для регистрации данных ЭКГ-не менее 1 уп.; Специализированный гель для улучшения электрического контакта между кожей и электродами-не менее 1</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		шт. Гарантийное сервисное обслуживание: не менее 37 месяцев.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Заключить договор закупы с ИП «GroMax» на общую сумму 1 394 000,00 (Один миллион триста девяносто четыре тысячи) тенге 00 тиын.

Таблица цен потенциальных поставщиков, представленных согласно объявления о закупе №9 от 07.11.2023 года к протоколу №11 от 15.11.2023 года

Объявлено							Ценовые предложения потенциальных поставщиков			
№ лота	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество (объем)	Цена	Сумма	ТОО «ОрдаМед Костанай» БИН 131140026382		ИП «GroMax» ИИН 680426450534	
							Цена за единицу в тенге	Общая цена в тенге	Цена за единицу в тенге	Общая цена в тенге
1	Электрокардиограф 12-ти каналный	Отведения ЭКГ: не менее 12; Размеры: не более 296 x 305.5 x 92.5 мм; Фиксирующие каналы: не менее 3, 6, 12 каналов (60 секунд); Чувствительность, не менее: 5, 10, 20 мм/мВ и auto (I ~ aVF: 10мм/мВ, V1~V6: 10мм/мВ); Выбор скорости печати, не менее: 12.5, 25, 50 мм/с; Частота амплитудно-импульсной модуляции: не менее 500 импульсов/сек; Фильтры: Сетевой (50/60 Гц, -20dB), Фильтр ЭМГ (25-35 Гц, -3dB), Базовая линия (0.1 Гц, -3dB), Фильтр нижних частот (выкл., 40 Гц, 100 Гц, 150 Гц); Дисплей:	штука	2	700 294,00	1 400 588,00	700 294,00	1 400 588,00	697 000,00	1 394 000,00

		ЖК-дисплей, не менее 2x16 знаков; Индикатор LED								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями потенциальные поставщики не присутствовали.

Председатель комиссии: исполняющая обязанности главного врача Буяльская Е.В. _____

Члены комиссии: Медсестра Сулейменова С.Ш. _____

Медсестра Шенец А.В. _____

Секретарь комиссии: бухгалтер по ГЗ Чуркина О.А. _____

